



試驗報告

Testing Laboratory
2702

試驗日期：2018 年 01 月 21 日

收件日期：2018 年 01 月 18 日

收件編號：A20180118001

報告編號：A20180118002

測試項目：動物之病原抗體以酵素免疫分析試驗

樣品種類：大鼠血清

委託試驗單位：高雄醫學大學實驗動物中心

地址：807 高雄市三民區十全一路 100 號

本報告僅對送測樣品負責。本報告未經本實驗室同意，不得摘錄複製。

泰格曼生物科學技術有限公司測試實驗室

Bio-TigerMein Scientific Inc. Branch: Test Laboratory

地址：桃園市龜山區頂湖路 38 號桃園高科技園區第四工業區

Address: No. 38, Dinghu, Rd., 4th Hightech Industry Town, Guishan District,

Taoyuan City 333-78, Taiwan(R.O.C.)

實驗室主管：

表單編號：BTM-SOP-TMA-002-F01

電話(TEL)：03-328-9366; 0800-383-689 傳真(FAX)：03-328-8862 E-Mail:Tiger.Mein@msa.hinet.net

檢測項目：大鼠

1. 大鼠肺炎病毒抗體/Rat Pneumonia Virus Ab
2. 大鼠呼吸弧病毒抗體/Rat Reo Virus Ab
3. 大鼠微漿菌肺炎支原體抗體/Rat Mycoplasma pulmonis Ab
4. 大鼠冠狀病毒抗體/Rat (RCV/SDA) Ab
5. 大鼠克氏 H1 病毒抗體/Rat Kilham Virus /H01(krv-h1)Ab
- 6 大鼠泰勒氏腦脊髓炎病毒抗體/Rat (TMEV) Ab
7. 大鼠腦胞內原蟲(孢子蟲綱)抗體/Rat Encephalitozoon cuniculi (sporozoan)Ab

以下空白

測試條件及結果如下：

檢測項目	檢體名稱									
	9141	9142	924	911	8222	8221	832	831	823	824
1. 大鼠肺炎病毒抗體/Rat Pneumonia Virus Ab	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE
2. 大鼠呼吸弧病毒抗體/Rat Reo Virus Ab	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE
3. 大鼠肺炎支原體抗體 /Rat Mycoplasma pulmonis Ab	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE
4. 大鼠冠狀病毒抗體/Rat (RCV/SDA) Ab	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE
5. 大鼠克氏 H1 病毒抗體/Rat Kilham Virus /H01(krv-h1)Ab	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE
6. 大鼠泰勒氏腦脊髓炎病毒 抗體/Rat (TMEV) Ab	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE
7. 大鼠腦胞內原蟲(孢子蟲 綱)抗體/Rat Encephalitozoon cuniculi (sporozoan)Ab	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE

試驗說明

1.本次 ELISA 試驗收件數共 1 件，檢驗結果除本報告 4 頁外，附件為實驗數據

2.試驗方法

依「泰格曼生物科學技術有限公司測試實驗室實驗動物之病原抗體以酵素免疫分析試驗(ELISA)及儀器操作標準書 BTM-SOP-TMA-002」執行試驗。

3.儀器設備

名稱：酵素免疫分析儀

廠牌型號：RITO

資產編號：BTM-BOEKEL-RITO-01

製造號碼：RT0161211GBC

4.本實驗室符合 ISO17025 之規定，每次試驗均放入 positive control、negative control (原廠提供之標準液)，此標準液之試驗結果在品管範圍內即代表試驗流程正確。

5.建議事項：無

6.客戶特殊要求：無

(以下空白)

報告簽署人：

180126, 24/1 18:19:43:1												
SP8				Mycoplasma				PV				
P	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	1.157	0.172	0.141	0.145	1.271	0.166	0.122	0.150	2.525	0.159	0.136	0.142
N	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.179	0.161	0.162	0.167	0.148	0.130	0.146	0.203	0.173	0.151	0.171	0.163
C	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.158	0.147	0.165	0.177	0.144	0.136	0.146	0.173	0.121	0.128	0.166	0.161
D	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.162	0.143	0.157	0.145	0.152	0.162	0.140	0.155	0.144	0.168	0.295	0.139
E	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.148	0.142	0.161	0.166	0.152	0.141	0.151	0.179	0.152	0.155	0.145	0.142
F	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.137	0.146	0.158	0.160	0.135	0.131	0.196	0.425	0.128	0.136	0.150	0.117
G	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.135	0.140	0.155	0.328	0.137	0.137	0.257	0.456	0.162	0.139	0.035	0.129
H	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.171	0.153	0.129	0.122	0.110	0.108	0.149	0.180	0.118	0.123	0.125	0.232

180126, 24/1 18:19:43:1												
ecm												
P	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	2.194	0.171	0.144	0.147	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
N	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.166	0.149	0.202	0.193	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
C	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.148	0.149	0.197	0.160	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
D	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.155	0.174	0.169	0.173	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
E	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.156	0.199	0.193	0.188	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
F	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.178	0.177	0.126	0.117	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.147	0.123	0.112	0.114	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
H	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.145	0.125	0.094	0.095	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

180126, 24/1 18:19:43:1												
Rev				K-H1				JMed				
P	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	1.623	0.234	0.143	0.135	2.137	0.138	0.177	0.146	2.566	0.245	0.183	0.151
N	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.158	0.170	0.169	0.154	0.158	0.143	0.249	0.188	0.176	0.126	0.241	0.204
C	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.173	0.158	0.209	0.159	0.127	0.124	0.226	0.188	0.148	0.127	0.219	0.224
D	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.172	0.167	0.173	0.155	0.210	0.153	0.278	0.145	0.180	0.161	0.222	0.145
E	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.137	0.160	0.157	0.154	0.208	0.190	0.190	0.154	0.173	0.166	0.167	0.156
F	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.144	0.149	0.120	0.126	0.197	0.142	0.204	0.129	0.161	0.141	0.141	0.128
G	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.132	0.150	0.119	0.100	0.212	0.136	0.105	0.109	0.166	0.148	0.132	0.123
H	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	0.118	0.153	0.106	0.093	0.190	0.134	0.203	0.120	0.175	0.129	0.122	0.123

- *Positive control Serum(STD):將 Positive control Strip 中的 Positive control Serum well 之 405nm 吸光值扣掉 Negative control Strip 中的 Positive control Serum well 之 405nm 吸光值 ≥ 0.600 則表示 Positive control Serum 有效。
- *Negative control Serum(STD):將 Positive control Strip 中的 Negative control Serum well 之 405nm 吸光值扣掉 Negative control Strip 中的 Negative control Serum well 之 405nm 吸光值 ≤ 0.250 則表示 Negative control Serum 有效。
- *將 Sample 之 Positive control Strip 之 405nm 吸光值扣掉 Negative control Strip 之 405nm 吸光值 ≥ 0.300 是為 Positive; *將 Sample 之 Positive control Strip 之 405nm 吸光值扣掉 Negative control Strip 之 405nm 吸光值 < 0.300 是為 Negative。

泰格曼生物科學技術有限公司測試實驗室
動物之病原抗體以酵素免疫分析試驗(ELISA)及儀器操作標準書

Date : 2017/10/11

Lot Nu : SDAV

ELISA 實驗紀錄表

Lot Nu : Mycoplasma

Lot Nu : PVR

	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	POSITIVE CONTROL SERUM	POSITIVE CONTROL SERUM	8221	8221	POSITIVE CONTROL SERUM	POSITIVE CONTROL SERUM	8221	8221	POSITIVE CONTROL SERUM	POSITIVE CONTROL SERUM	8221	8221	A
B	NEGATIVE CONTROL SERUM	NEGATIVE CONTROL SERUM	832	832	NEGATIVE CONTROL SERUM	NEGATIVE CONTROL SERUM	832	832	NEGATIVE CONTROL SERUM	NEGATIVE CONTROL SERUM	832	832	B
C	Blank	Blank	831	831	Blank	Blank	831	831	Blank	Blank	831	831	C
D	9141	9141	823	823	9141	9141	823	823	9141	9141	823	823	D
E	9142	9142	824	824	9142	9142	824	824	9142	9142	824	824	E
F	924	924			924	924			924	924			F
G	911	911			911	911			911	911			G
H	8222	8222			8222	8222			8222	8222			H

表單編號 : BTM-TMA-002-F06

操作者 :

確認者 :

Date : 2017/10/11

Lot Nu : REO

ELISA 實驗紀錄表

Lot Nu : K-H1

Lot Nu : TMEV

	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	POSITIVE CONTROL SERUM	POSITIVE CONTROL SERUM	8221	8221	POSITIVE CONTROL SERUM	POSITIVE CONTROL SERUM	8221	8221	POSITIVE CONTROL SERUM	POSITIVE CONTROL SERUM	8221	8221	A
B	NEGATIVE CONTROL SERUM	NEGATIVE CONTROL SERUM	832	832	NEGATIVE CONTROL SERUM	NEGATIVE CONTROL SERUM	832	832	NEGATIVE CONTROL SERUM	NEGATIVE CONTROL SERUM	832	832	B
C	Blank	Blank	831	831	Blank	Blank	831	831	Blank	Blank	831	831	C
D	9141	9141	823	823	9141	9141	823	823	9141	9141	823	823	D
E	9142	9142	824	824	9142	9142	824	824	9142	9142	824	824	E
F	924	924			924	924			924	924			F
G	911	911			911	911			911	911			G
H	8222	8222			8222	8222			8222	8222			H

表單編號 : BTM-TMA-002-F06

操作者 :

確認者 :

Date : 2017/10/12

Lot Nu : E. cun

ELISA 實驗紀錄表

	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	Positive control Strip	Negative control Strip	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	POSITIVE CONTROL SERUM	POSITIVE CONTROL SERUM	8221	8221									A
B	NEGATIVE CONTROL SERUM	NEGATIVE CONTROL SERUM	832	832									B
C	Blank	Blank	831	831									C
D	9141	9141	823	823									D
E	9142	9142	824	824									E
F	924	924											F
G	911	911											G
H	8222	8222											H

表單編號 : BTM-TMA-002-F06

操作者 :

確認者 :